

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

BA.WZP.26.56.2019.9

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę 7 sztuk analizatorów w podziale na 2 części**” - sprawa BA.WZP.26.56.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na zadane przez wykonawców pytania:

Pytanie 1

Zamawiający specyfikuje pasmo pracy w czasie rzeczywistym 40 MHz nie podając parametru POI. Czy należy przyjąć, że 100 % POI wynosi przynajmniej < 37 μs dla procesora i5 i 8 GB RAM sterownika i przetwornik jest 14 bitowy (112Ms/s)?

Odpowiedź

Zamawiający specyfikuje pasmo pracy 40 MHz zakładając, że minimalny czas trwania zdarzenia dla 100% punktów POI wynosi 100 μs.

Zamawiający zakłada współpracę ze sterownikiem wyposażonym w procesor I5, pamięć RAM 8 GB i przetwornikiem 14 Bitowym (112Ms/s)

Pytanie 2

Zamawiający opisuje, że z Analizatorem mają być dostarczone akcesoria:

Wszystkie kable i złącza potrzebne do pracy Analizatora. Czy zamawiający ma na myśli kable i złącza potrzebne do podłączenia modułu RF ze współpracującym komputerem czy też inne kable ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia kabli i złączy niezbędnych do połączenia modułu RF z komputerem (sterownikiem).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z gniazdem wejściowym SMA(f)?



00000338117063

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z gniazdem wejściowym SMA(f).

Z poważaniem,

Dyrektor Biura

Administracji

Barbara Jamróż

Dokument podpisany elektronicznie